

## CUARTA ENMIENDA AL DOCUMENTO DE LICITACIÓN

### LPN No 001-2021-CONCYTEC/PROCIENCIA

### ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO

La presente enmienda modifica el documento de licitación como sigue:

#### **ENMIENDA 1:**

Referencia: respuesta a consulta 20

Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos

Lote 08: Cromatógrafo de gases con detector de ionización de flama (FID) y automuestreador para líquidos y headspace

Se modifica así:

#### **Dice:**

N°	Especificaciones Técnicas
(...)	
5.2	Modo de Inyección Headspace
5.2.9	Rendimiento típico: $\leq 0,10$ RSD% o mejor
(...)	

#### **Debe decir:**

N°	Especificaciones Técnicas
(...)	
5.2	Modo de Inyección Headspace
5.2.9	Rendimiento típico: $\leq 0,7$ RSD%
(...)	

#### **ENMIENDA 2:**

Referencia: respuesta a consulta 27

Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos

Lote 08: Cromatógrafo de gases con detector de ionización de flama (FID) y automuestreador para líquidos y headspace

Se modifica así:

#### **Dice:**

N°	Especificaciones Técnicas
(...)	
10	Accesorios

10.1	Estabilizador de voltaje para todo el sistema, adecuado para la protección de instrumentos de alta tecnología, con transformador de aislamiento, filtro EMI/RFI, supresor de picos y protección contra rayos. La capacidad será la requerida por el sistema más un 30% de margen de seguridad.
(...)	

**Debe decir:**

N°	Especificaciones Técnicas
(...)	
<b>10</b>	<b>Accesorios</b>
10.1	<i>Estabilizador de voltaje para todo el sistema, adecuado para la protección de instrumentos de alta tecnología, con transformador de aislamiento, filtro EMI/RFI, supresor de picos y protección contra rayos. La capacidad será la requerida por el sistema más un 30% de margen de seguridad o UPS de 6KVA con transformador de aislamiento de la misma potencia que incluya tablero eléctrico dedicado.</i>
(...)	

**ENMIENDA 3:**

Referencia: respuesta a consulta 38

Sección: III Criterios de Evaluación y Calificación

Numeral/Literal: 3.1

Se modifica así:

**Dice:**

<p><b>3.1. Requisitos para Calificación Posterior (IAL 36.1)</b></p> <p><b>(a) Si el Licitante es fabricante:</b></p> <p>(i) Capacidad financiera</p> <p>El Licitante deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos financieros,</p> <p>Facturación de venta de bienes iguales o similares a los considerados en esta licitación por importe de S/ 600,000.00 (Seiscientos mil y 00/100 Soles) para los Lotes 1,2,3,4,5,6, 8 y 9, y el importe de S/ 300,000.00 (Trescientos mil y 00/100 Soles) para los Lotes 7, Lote 10 y por ítem, con una antigüedad no mayor a los últimos cinco (5) años.</p> <p>(...)</p>
---

**Debe decir:**

<p><b>3.1. Requisitos para Calificación Posterior (IAL 36.1)</b></p> <p><b>(a) Si el Licitante es fabricante:</b></p> <p>(i) Capacidad financiera</p> <p>El Licitante deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos financieros,</p> <p><b>Respecto a la Facturación de venta de bienes iguales o similares a los considerados en esta licitación por importe de S/ 600,000.00 (Seiscientos mil y 00/100 Soles) para los Lotes 1,2,3,4,5,6, 8 y 9, y el importe de S/ 300,000.00 (Trescientos mil y 00/100 Soles) para los Lotes 7, Lote 10 y por ítem, se refiere a ventas acumuladas dentro de los últimos 5 años.</b></p> <p>(...)</p>
---

**ENMIENDA 4:**

Referencia: respuesta a consulta 39

Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios ConexosLote 05: Sintetizador de Oligonucleotidos

Se modifica así:

**Dice:**

N°	Especificaciones Técnicas
(...)	
<b>7</b>	<b>Manuales</b>
7.1	Una copia original del manual de usuario u operación, y del manual de mantenimiento y reparación del equipo, ambas en idioma español.
(...)	

**Debe decir:**

N°	Especificaciones Técnicas
(...)	
<b>7</b>	<b>Manuales</b>
7.1	Una copia original del manual de usuario u operación, y del manual de mantenimiento y reparación del equipo, ambas en idioma español (opcional).
(...)	

**ENMIENDA 5:**B. Contenidos de los Documentos de Licitación

Se modifica así:

**Dice:**

<b>IAL 7.1</b>	Para <b>aclaramientos de las ofertas</b> , solamente, la dirección del Comprador es:  Dirección de correo electrónico: <a href="mailto:convocatorias@prociencia.gob.pe">convocatorias@prociencia.gob.pe</a>  Página web: <a href="https://prociencia.gob.pe/expresiones-de-interes">https://prociencia.gob.pe/expresiones-de-interes</a>  Las solicitudes de aclaración serán recibidas hasta: <b>el 22 de noviembre de 2021, a las 16:00 horas</b>
----------------	---

**Debe decir:**

<b>IAL 7.1</b>	Para <b>aclaramientos de las ofertas</b> , solamente, la dirección del Comprador es:  Dirección de correo electrónico: <b><a href="mailto:bm-convocatorias@prociencia.gob.pe">bm-convocatorias@prociencia.gob.pe</a></b>  Página web: <a href="https://prociencia.gob.pe/expresiones-de-interes">https://prociencia.gob.pe/expresiones-de-interes</a>  Las solicitudes de aclaración serán recibidas hasta: <b>el 22 de noviembre de 2021, a las 23:59 horas</b>
----------------	--

**ENMIENDA 6:****D. Presentación y Apertura de Ofertas**

Se modifica así:

**Dice:**

<b>IAL 22.1</b>	Para propósitos de la <b>presentación de las ofertas</b> , la dirección del Convocante es:  Av. del Aire Nro. 485, San Borja, Lima Código postal: 15034 País: Perú  Atención: Comité Especial de Adquisiciones LPN 01 -2021-CONCYTEC/PROCIENCIA  <b>Nombre del Oferente.</b> <b>Número(s) Lote(s) de la Oferta</b>  La fecha límite para presentar las ofertas es:  Fecha: <b>29 de diciembre de 2021</b> Hora: <b>11:00 horas</b>  Los Licitantes <b>deben</b> presentar su propuesta, con una carta simple indicando su intención de participar en la Licitación Los Licitantes <b>no tendrán</b> la opción de presentar sus ofertas electrónicamente.
<b>IAL 25.1</b>	La <b>apertura de las ofertas</b> tendrá lugar en:  Dirección:  Av. del Aire Nro. 485, San Borja, Lima Código postal: 15034 País: Perú  Fecha: <b>29 de diciembre de 2021</b> Hora: <b>11:30 horas</b>

**Debe decir:**

<b>IAL 22.1</b>	Para propósitos de la <b>presentación de las ofertas</b> , la dirección del Convocante es:  Av. del Aire Nro. 485, San Borja, Lima Código postal: 15034 País: Perú  Atención: Comité Especial de Adquisiciones LPN 01 -2021-CONCYTEC/PROCIENCIA  <b>Nombre del Oferente.</b> <b>Número(s) Lote(s) de la Oferta</b>  La fecha límite para presentar las ofertas es:  Fecha: <b>14 de enero de 2022</b> Hora: <b>11:00 horas</b>  Los Licitantes <b>deben</b> presentar su propuesta, con una carta simple indicando su intención de participar en la Licitación Los Licitantes <b>no tendrán</b> la opción de presentar sus ofertas electrónicamente.
<b>IAL 25.1</b>	La <b>apertura de las ofertas</b> tendrá lugar en:  Dirección:  Av. del Aire Nro. 485, San Borja, Lima Código postal: 15034 País: Perú  Fecha: <b>14 de enero de 2022</b> Hora: <b>11:30 horas</b>

Las demás condiciones del Documento de Licitación se mantienen y no sufren ninguna modificación.

Expedida en Lima (Perú) a los 31 días del mes de diciembre de 2021.

**El Comité Especial de Adquisiciones**